

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce:

výborně

Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce:

velmi dobře

Průběh obhajoby bakalářské práce:

Viz posudek vedoucího a oponenta

- zodpovězeno

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Možnost nastavení "AV delay" u přístrojů?

- zodpovězeno

Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.

Proč je použitelnost až po 120 dnech po operaci?

- zodpovězeno

doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava

Chybí modelová situace, možnost vyzkoušet přístroje v různých režimech. Práce překračuje rámec bakalářské práce, téma je příliš rozsáhlé, přesto je zpracováno výborně.

prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

Jak často je třeba měnit nastavení?

- zodpovězeno

Členové zkušební komise:

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Mgr. Marie Froňková

prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

doc. Dr. Ing. Jaroslav Hlava

Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.

Zuzana Janošíková

Klasifikace: **výborně**Datum obhajoby: **18. června 2013**.....
podpis předsedy

P. Švitorková