

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: **výborně minus**
Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: **velmi dobře**

Průběh obhajoby bakalářské práce:

Doc. Ing. Libor Tůma, CSc.:

Za jakých podmínek byl psychrometr testován?

Otázka byla zodpovězena bez výhrad.

Ing. Martin Černík, Ph.D.:

Jakou přesnost očekáváte při měření vlhkosti vzduchu?

Otázka byla zodpovězena bez výhrad.

Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.:

SHT12 odporová nebo kapacitní? DC/DC měnič, PT100 A.

Otázka byla zodpovězena bez výhrad.

Ing. Petr Kretschmer:

Chvála technického řešení a samostatnosti. Výtky k prezentaci ? nejistota a prezentování toho, co by bylo potřeba dodělat.

Otázka byla zodpovězena s mírnými výhradami.

Komise č. 1 - EIŘS:

Předseda: Doc. Ing. Libor Tůma, CSc., MTI, FM, garant oboru EIŘS

Místopředseda: Doc. Ing. Bedřich Janeček, CSc., MTI, FM

Členové: Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D., PRECIOSA a.s., Jablonec n. N.

Ing. Martin Černík, Ph.D., MTI, FM

Ing. Jiří Jelínek, Ph.D., MTI, FM

Ing. Petr Kretschmer, NTI, FM

Ing. Jindřich Žďánský, Ph.D., ITE, FM

Tajemník: Ing. Daniel Hančil, MTI, FM

Klasifikace: **velmi dobře**

Datum obhajoby: **17. června 2014**



.....
podpis předsedy